

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Брянской области"

Юридический адрес: 241050, Брянская обл, Брянск г, Ленина пр-кт, дом 72, тел.: 84832 749590

e-mail: bgcsen@mail.ru

ОГРН 1053244057239 ИНН 3250059330

Адреса мест осуществления деятельности: 241050, Брянская обл, Брянск г, Ленина пр-кт, дом 72, тел.: 84832 749590,

e-mail: bgcsen@mail.ru; 241050, Брянская обл, Брянск г, 2-й Советский пер, дом 5А, тел.: 84832 749590, e-mail:
bgcsen@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510827

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий микробиологической
лабораторией ИЛЦ - врач бактериолог,
Заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в
Брянской области"



МП

О. И. Никишина

15.09.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 32-01/45410-01-26 от 15.09.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
МАН" (ИНН 3250515079 ОГРН 1103254010463) тел: 8-4832-41-05-34

2. Юридический адрес: БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. БРЯНСК, ПР-КТ СТАНКЕ ДИМИТРОВА Д. 16

Фактический адрес: Брянская обл, г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова, д. 16

3. Наименование образца испытаний: Контроль стерилизующей аппаратуры

4. Место отбора: Общество с ограниченной ответственностью "Стоматологическая клиника МАН", Брянская обл.,
г.о. город Брянск, г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова, д.16

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 08.09.2026 с 10:00 до 10:25

Ф.И.О., должность: Голик Г.А., Помощник врача-эпидемиолога, Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

При отборе, измерениях присутствовал(и): Аксененко И.В., ст. медсестра, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА МАН"

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2026 в 13:00

Информация о плане и методе отбора: МУ 15/6-5. Методические указания по контролю работы паровых и
воздушных стерилизаторов

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № 32-20/5827-2026 от 19.08.2026

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 08.09.2026

План отбора от 19.08.2026

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

СанПиН 3.3686-21. Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней

9. Код образца (пробы): 32-01/45410-01-26

10. НД на методы исследования, подготовку проб: МУ 15/6-5 Методические указания по контролю работы паровых
и воздушных стерилизаторов

Протокол испытаний № 32-01/45410-01-26 от 15.09.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

12. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 241050, Брянская обл, Брянск г, Ленина пр-кт, дом 72
Бактериологическое отделение

Образец поступил 08.09.2026 13:10

дата начала испытаний 08.09.2026 13:20, дата окончания испытаний 15.09.2026 11:18

№ пробы	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
стерилизационная тосом В 28 classic № 2 134°C-5 мин. 2,1 атм.					
32-01/45410-01-26/6	Точка 1	Тест-культура Bacillus stearothermophilus ВКМ В-718	-	Отсутствие	МУ 15/6-5
32-01/45410-01-26/7	Точка 2	Тест-культура Bacillus stearothermophilus ВКМ В-718	-	Отсутствие	МУ 15/6-5
32-01/45410-01-26/8	Точка 3	Тест-культура Bacillus stearothermophilus ВКМ В-718	-	Отсутствие	МУ 15/6-5
32-01/45410-01-26/9	Точка 4	Тест-культура Bacillus stearothermophilus ВКМ В-718	-	Отсутствие	МУ 15/6-5
32-01/45410-01-26/10	Точка 5	Тест-культура Bacillus stearothermophilus ВКМ В-718	-	Отсутствие	МУ 15/6-5
стерилизационная тосом В 28 classic № 3 121°C - 25 мин. 2,2 атм.					
32-01/45410-01-26/11	Точка 1	Тест-культура Bacillus stearothermophilus ВКМ В-718	-	Отсутствие	МУ 15/6-5
32-01/45410-01-26/12	Точка 2	Тест-культура Bacillus stearothermophilus ВКМ В-718	-	Отсутствие	МУ 15/6-5
32-01/45410-01-26/13	Точка 3	Тест-культура Bacillus stearothermophilus ВКМ В-718	-	Отсутствие	МУ 15/6-5
32-01/45410-01-26/14	Точка 4	Тест-культура Bacillus stearothermophilus ВКМ В-718	-	Отсутствие	МУ 15/6-5
32-01/45410-01-26/15	Точка 5	Тест-культура Bacillus stearothermophilus ВКМ В-718	-	Отсутствие	МУ 15/6-5
стерилизационная тосом В 28 classic № 1 134°C -5 мин. 2,1 атм.					
32-01/45410-01-26/1	точка 1	Тест-культура Bacillus stearothermophilus ВКМ В-718	-	Отсутствие	МУ 15/6-5
32-01/45410-01-26/2	Точка 2	Тест-культура Bacillus stearothermophilus ВКМ В-718	-	Отсутствие	МУ 15/6-5
32-01/45410-01-26/3	Точка 3	Тест-культура Bacillus stearothermophilus ВКМ В-718	-	Отсутствие	МУ 15/6-5
32-01/45410-01-26/4	Точка 4	Тест-культура Bacillus stearothermophilus ВКМ В-718	-	Отсутствие	МУ 15/6-5
32-01/45410-01-26/5	Точка 5	Тест-культура Bacillus stearothermophilus ВКМ В-718	-	Отсутствие	МУ 15/6-5

Ответственный за оформление протокола:

Л.Н. Крикун

Л.Н. Крикун, медицинский лабораторный техник

Конец протокола испытаний № 32-01/45410-01-26 от 15.09.2026