

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

Юридический адрес: 241050, Брянская обл, Брянск г. Ленина пр-кт, дом 72, тел.: 84832 749590

e-mail: bgcsen@mail.ru

ОГРН 1053244057239 ИНН 3250059330

Адреса мест осуществления деятельности: 241050, Брянская обл, Брянск г. Ленина пр-кт, дом 72, тел.: 84832 749590,

e-mail: bgcsen@mail.ru; 241050, Брянская обл, Брянск г. 2-й Советский пер, дом 5А, тел.: 84832 749590, e-mail:
bgcsen@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510827

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий микробиологической
лабораторией ИЛЦ - врач бактериолог,
Заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Брянской области»



О. И. Никишина
26.08.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 32-01/42148-01-26 от 26.08.2026

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА МАН" (ИНН 3250515079 ОГРН 1103254010463) тел.: 8-4832-41-05-34

2. **Юридический адрес:** БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. БРЯНСК, ПР-КТ СТАНКЕ ДИМИТРОВА Д. 16

Фактический адрес: Брянская обл, г Брянск, пр-кт Станке Димитрова, д. 16

3. **Наименование образца испытаний:** Изделия медицинского назначения на стерильность

4. **Место отбора:** Общество с ограниченной ответственностью "Стоматологическая клиника МАН", Брянская обл. г.о. город Брянск, г Брянск, пр-кт Станке Димитрова, д.16

5. **Условия отбора, доставки:**

Дата и время отбора: 19.08.2026 с 10:20 до 10:30

Ф.И.О., должность: Голик Г.А., Помощник врача-эпидемиолога, Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

При отборе, измерениях присутствовал(и): Аксененко И.В., ст. медсестра. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА МАН"

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.08.2026 в 12:10

Информация о плане и методе отбора: МУК 4.2.4180-25 (взамен МУК 4.2.2942-11). Методы санитарно-микробиологических исследований в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка № 32-20/5827-2026 от 19.08.2026

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 19.08.2026 г.

План отбора от 19.08.2026

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**

СанПиН 3.3686-21. Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней

9. **Код образца (пробы):** 32-01/42148-01-26

10. **НД на методы исследования, подготовку проб:** МУК 4.2.4180-25 п.4.1-4.6. (взамен МУК 4.2.2942-11 п.4)

Методы санитарно-микробиологических исследований в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность

Протокол испытаний № 32-01/42148-01-26 от 26.08.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

12. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 241050, Брянская обл. Брянск г. Ленина пр-кт. дом 72
Бактериологическое отделение
Образец поступил 19.08.2026 12:20
дата начала испытаний 19.08.2026 12:30, дата окончания испытаний 26.08.2026 14:26

№ пробы	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
стерилизационная -					
32-01/42148-01-26/1	чашка Петри с борами	Стерильность	-	Роста микрофлоры не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, п.4 1-4.6. (взамен МУК 4.2.2942-11 п.4)
32-01/42148-01-26/2	ложка ортопедическая	Стерильность	-	Роста микрофлоры не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, п.4 1-4.6. (взамен МУК 4.2.2942-11 п.4)
32-01/42148-01-26/3	карпульный шприц	Стерильность	-	Роста микрофлоры не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, п.4.1-4.6. (взамен МУК 4.2.2942-11 п.4)
32-01/42148-01-26/4	ножницы хирургические	Стерильность	-	Роста микрофлоры не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, п.4 1-4.6. (взамен МУК 4.2.2942-11 п.4)
32-01/42148-01-26/5	щипцы хирургические	Стерильность	-	Роста микрофлоры не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, п.4 1-4.6. (взамен МУК 4.2.2942-11 п.4)
32-01/42148-01-26/6	ножницы терапевтические	Стерильность	-	Роста микрофлоры не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, п.4 1-4.6. (взамен МУК 4.2.2942-11 п.4)
32-01/42148-01-26/7	чашка Петри с эндофайлами	Стерильность	-	Роста микрофлоры не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, п.4 1-4.6. (взамен МУК 4.2.2942-11 п.4)

Ответственный за оформление протокола:

 Л.Н. Крикун, медицинский лабораторный техник

Конец протокола испытаний № 32-01/42148-01-26 от 26.08.2026